

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 甲基橙
批号: 20130506
级别: 指示剂
检验依据: Q/GHKJ 275-2011
分子式: $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$
分子量: 327.33
检验日期: 2013-05-06

检验项目	指标	检验结果
pH变色范围	3.0(红)~4.4(黄)	合格
灵敏度试验	合格	合格
水不溶物	$\leq 0.15\%$	$< 0.15\%$
灼烧残渣(以硫酸盐计)	18.5%~22.0%	合格
氧化性	合格	合格

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄美

检验人: 李斌