



品 名: 溴酸钾
批 号: 20210402
级 别: 分析纯
检验依据: GB/T 650-2015
分 子 式: $KBrO_3$
分 子 量: 167.00
检验日期: 2021-04-02

检验项目	指标	检验结果
含量($KBrO_3$) , %	≥ 99.8	99.9
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~7.0	合格
澄清度试验 , 号	≤ 2	<2
水不溶物 , %	≤ 0.002	<0.002
干燥失量 , %	≤ 0.2	<0.2
氯化物及氯酸盐(以Cl计) , %	≤ 0.03	<0.03
溴化物(Br) , %	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.005	<0.005
总氮量(N) , %	≤ 0.001	<0.001
钠(Na) , %	≤ 0.01	<0.01
铁(Fe) , %	≤ 0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计) , %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按 GB/T 650-2015 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 詹碧珠