



品 名： 二水合氯化亚锡
批 号： 20210519
级 别： 分析纯
检验依据： GB/T 638-2018
分 子 式： $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
分 子 量： 225.65
检验日期： 2021-05-19

检验项目	指标	检验结果
含量($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) , %	≥ 98.0	98.2
澄清度试验 , 号	≤ 3	<3
盐酸不溶物 , %	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.003	<0.003
砷(As) , %	≤ 0.0001	<0.0001
钠(Na) , %	≤ 0.005	<0.005
钾(K) , %	≤ 0.002	<0.002
钙(Ca) , %	≤ 0.002	<0.002
铁(Fe) , %	≤ 0.003	<0.003
铜(Cu) , %	≤ 0.002	<0.002
铅(Pb) , %	≤ 0.005	<0.005
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 638-2018 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 吴名杭