



品名：硝酸钡
批号：20220116
级别：分析纯
检验依据：GB/T 653-2011
分子式： $Ba(NO_3)_2$
分子量：261.34
检验日期：2022-01-16

检验项目	指标	检验结果
含量 $[Ba(NO_3)_2]$ ，%	≥ 99.5	99.5
pH值(50g/L溶液;25℃)	5.0~7.0	合格
澄清度试验，号	≤ 3	<3
水不溶物，%	≤ 0.005	<0.005
氯化物(Cl)，%	≤ 0.0005	<0.0005
钠(Na)，%	≤ 0.005	<0.005
钾(K)，%	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca)，%	≤ 0.02	<0.02
锶(Sr)，%	≤ 0.03	<0.03
铁(Fe)，%	≤ 0.0002	<0.0002
重金属(以Pb计)，%	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论：本品按 GB/T 653-2011 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注：

签发人：洪朝辉

复核人：周一朗

检验人：林璇