



品 名: 无水甲醇
批 号: 20220416
级 别: 分析纯
检验依据: Q/GHKJ 94-2017
分 子 式: CH₄O
分 子 量: 32.04
检验日期: 2022-04-16

检验项目	指标	检验结果
含量(CH ₃ OH), %	≥99.5	99.9
密度(20℃), g/mL	0.791~0.793	合格
与水混合试验	合格	合格
蒸发残渣, %	≤0.001	<0.001
水分(H ₂ O), %	≤0.05	<0.05
酸度(以H ⁺ 计), mmol/g	≤0.0004	<0.0004
碱度(以OH ⁻ 计), mmol/g	≤0.00008	<0.00008
易炭化物质	合格	合格
羰基化合物(以CO计), %	≤0.005	<0.005
还原高锰酸钾物质(以O计), %	≤0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按Q/GHKJ 94-2017检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 徐佳璇